

ÓLEO DE CANNABIS SP.



BALANCEADO THC 1:1 CBD FULL SPECTRUM 2,5%

LOTE	26008
VOLUME	20mL
DATA DE FABRICAÇÃO	21/08/26
COMPOSIÇÃO	12,5mg/mL THC 12,5mg/mL CBD

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Ensaio	Conclusão
Contagem de bolores e leveduras	Aprovado
Micro-organismos mesófilos aeróbios viáveis a 30 °C	

RESULTADOS DE CANNABINOIDES

Canabinoide Analisado	Resultado mg/mL	Conclusão
Canabidiol (CBD)	12,8 mg/mL	Aprovado
Δ^9 -Tetraidrocanabinol (THC)	13,4 mg/mL	
Canabigerol (CBG)	0,5 mg/mL	
Canabinol (CBN)	0,1 mg/mL	
Canabicromeno (CBC)	0,2 mg/mL	
Total de canabinoides	27 mg/mL	

Critério de aceitação e avaliação do teor: os resultados foram avaliados conforme a faixa interna de aceitação de 85,0% a 115,0% do teor nominal, aplicada individualmente a cada canabinoide declarado com composição previamente estabelecida. Dessa forma, a conformidade do produto é determinada pela avaliação individual dos **marcadores ativos especificados**.

Essa faixa foi estabelecida e aprovada como especificação interna da Associação, utilizando como **referências técnicas históricas** a *Instrução Normativa Anvisa nº 4, de 18 de junho de 2014, especialmente os Quadros 4 e 13, e o entendimento apresentado na pergunta 90 do documento "Autorização Sanitária de Produtos de Cannabis – Perguntas e Respostas, 1ª edição, 2020"*, referente à variação máxima de $\pm 15\%$ para marcadores ativos em derivados vegetais na forma de fitocomplexo.

Por se tratar de um **produto Full Spectrum**, outros canabinoides naturalmente presentes no derivado vegetal, como CBG, CBN e CBC podem ser identificados e quantificados como parte do perfil canabinoide. Quando esses componentes não possuem teor nominal individual estabelecido, seus resultados são apresentados para fins de caracterização do perfil do produto e não estão sujeitos à faixa de $\pm 15\%$.

Como os canabinoides declarados com teor nominal estabelecido se encontram dentro dos limites internos especificados e foram atendidos os demais critérios aplicáveis de controle de qualidade, o lote foi avaliado pela farmacêutica responsável técnica e considerado **APROVADO**.

Nota: a IN Anvisa nº 4/2014 foi revogada pela RDC Anvisa nº 1.004/2025 e é citada exclusivamente como **referência técnica histórica**. A regulamentação atual não estabelece uma faixa percentual única e universal para o teor de canabinoides no produto acabado. **A utilização da faixa de 85,0% a 115,0% constitui, portanto, uma especificação interna da Associação e não implica o enquadramento do preparado como medicamento fitoterápico industrializado.**



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE TEOR DE CANABINOIDES

RA 42.541/26

Dados Referentes ao Cliente			
Cliente:	ASSOCIAÇÃO SANTA GAIA		
CPF/CNPJ:	51.319.626/0001-04		
Endereço:	Travessa Conde Deu, 190, CEP 16400-227	Cidade-UF:	Lins-SP
Nome do Solicitante:	Kamila Bajo		
Coletor:	Mariá Victorino	Data da Coleta:	28/08/26
Data entrada no laboratório:	02/09/26	Data elaboração do RA:	14/09/26



Dados Referentes a Amostra					
Óleo de Cannabis Balanceado Full Spectrum THC 1:1 CBD 2,5% 20mL LT26008					
Tipo	Quantidade	Lote	Data Produção	Data Validade	Método Extração
Óleo	1,5mL	26008	08/26	08/27	Rosin

Técnica e equipamento utilizado:

Amostra analisada por cromatografia líquida de ultra performance com detecção de arranjo de fotodiodos (UPLC-PDA), em equipamento Waters® ACQUITY UPLC H-Class™ com detecção PDA, utilizando Waters Empower 3™ Software para aquisição e processamento dos dados.



RESULTADOS:

CANABINOIDES ANALISADOS	LD/LQ (mg/mL)	RESULTADO (mg/mL)	RESULTADO (%)
Ácido Canabidiólico (CBDA)	0,0239/0,0723	<LQ	<LQ
Canabigerol (CBG)	0,0241/0,0720	0,5	0,05
Canabidiol (CBD)	0,0239/0,0716	12,8	1,28
Canabinol (CBN)	0,0094/0,0282	0,1	0,01
Δ^9 -Tetraidrocanabinol (Δ^9 -THC)	0,0093/0,0279	13,4	1,34
Canabicromeno (CBC)	0,0087/0,0263	0,2	0,02
Ácido Tetraidrocanabinólico (THCA)	0,0175/0,0530	<LQ	<LQ
TOTAL CBD (CBD + CBDA)		12,8	1,28
TOTAL THC (Δ^9 -THC + THCA)		13,4	1,34
SOMA DE CANABINOIDES		27,0	2,7

LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação

Nota: Os resultados referem-se somente à amostra analisada.



Documento assinado digitalmente
DIOGO FARIA COBO
Data: 14/09/2026 15:16:37-0300
CPF: ***.284.246-**
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Analista
Responsável

**RELATÓRIO DE ENSAIO****2465_0_2026_AEG_2_1**

Interessado: ASSOCIAÇÃO SANTA GAIA
Endereço: Travessa conde deu, n 190 **Bairro:** garcia
Fone: (14) 996009359

CNPJ: 513196260001/04
Cidade: Lins, São Paulo
CEP: 16400227

DADOS DA AMOSTRA

Matriz: Alimentos em geral
Ponto de amostragem: -
Nome da Amostra: OLEO BALANCEADO 2,5%
Fabricante: ASSOCIAÇÃO SANTA GAIA
Fabricação: - **Validade:** -
Responsável pela amostragem: Cliente
Responsável pelo transporte: Cliente
Temperatura Recebimento Amostra: AMBIENTE, °C
Condições climáticas: Não informado
Chuvas últimas 48 horas:
Observações: DATA DE FAB: 08/26

Orçamento: 719-2026
Plano de amostragem: 2465/2026
Lote: 26008
Data da amostragem:
Data do recebimento: 02/09/2026 **hora:**

ENSAIO	RESULTADO	UNIDADE
Contagem de Bolores e leveduras	<1x10 ¹	UFC/mL
Contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	<1	UFC/mL

INFORMAÇÕES EXTRAS DO ENSAIO

ENSAIO	LQ	U95%	MÉTODO	INÍCIO	TÉRMINO
Contagem de Bolores e leveduras	10	-	ISO 21527- 1:2008 / ISO 21527-2:2008	08/09/2026	14/09/2026
Contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	1	-	ABNT NBR ISO 4833-1:2015	08/09/2026	11/09/2026

Setor: - Microbiologia

- Nota 01: LQ - Limite de Quantificação | ND - Não Detectável | NI - Não Informado | NE - Não Especificado | PO - Procedimento Operacional | NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez | NMP - Número Mais Provável | UFC - Unidades Formadoras de Colônias | FC - Fornecido pelo Cliente
- Nota 02: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
- Nota 03: Os resultados deste relatório se restringem exclusivamente à amostra ensaiada.
- Nota 04: Quando o laboratório não for responsável pela etapa de amostragem (amostra fornecida pelo cliente) os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.
- Nota 05: Quando o cliente for responsável pela etapa de amostragem, o mesmo será responsável pelas informações fornecidas no campo "DADOS DA AMOSTRA".
- Nota 06: Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem alterações. A reprodução parcial requer aprovação escrita do Laboratório.
- Nota 07: Este Relatório de Ensaio é válido apenas com uma das assinaturas.
- Nota 08: As declarações de conformidade são de caráter informativo/orientativo e estão sujeitas a eventuais falhas de interpretação. Cabe ao cliente ou órgão fiscalizador analisar criticamente os resultados emitidos, avaliando se os mesmos estão em atendimento aos padrões necessários.

Código do Relatório de Ensaio: 2465/2026 **Código de Validação da Ordem de Serviço:** 82I-I6DG-IKO

Data de Emissão: 14 de Setembro de 2026

Relatório de Ensaio autorizado por: Narjara Silveira

Verifique a autenticidade deste relatório de ensaio no site: <https://LABCAL.glabnet10.com.br/valida.php>

Narjara Silveira

Narjara Silveira CRF-SC 15427

- Fim do Relatório -

FPG 050 002 - Relatório de Ensaio - Revisão - 00/00/0000